



Azienda con sistema di gestione
qualità certificato



Loc. Spedale 10/B52018 Castel San Niccolò (AR) Italy Tel
0575 / 5011 Fax 0575 / 501200 <http://www.wigam.com>

RAPPORTO DI COLLAUDO TESTING REPORT

Data
Date 21/06/2016

Verificatore
Inspector 020

Strumento
Instrument **FOX**
Numero di Serie
Serial Number xxxxxxxx

Verifiche Funzionali / Functional checks

Funzionamento Display Display check	OK
Funzionamento Tasti Keys check	OK
Chiusura Manopole Knobs closing	OK
Presenza Etichette Presence of labels	OK

Verifica Sensori / Sensors check

Valore di Riferimento Reference value	Tolleranza Tolerance	Valore misurato Measured value
	<i>Temperatura T.amb / T.amb temperature</i>	
+22,0 °C	±1,0 °C	+22,2 °C
	<i>Temperatura T1 / T1 temperature</i>	
+22,0 °C	±1,0 °C	+22,2 °C
	<i>Temperatura T2 / T2 temperature</i>	
+22,0 °C	±1,0 °C	+22,2 °C
	<i>Pressione LOW / LOW pressure</i>	
-0,99 bar	±0,1 bar	-0,99 bar
0,0 bar	±0,1 bar	0,0 bar
40,0 bar	±0,2 bar	40,0 bar
	<i>Pressione HIGH / HIGH pressure</i>	
-0,99 bar	±0,1 bar	-0,99 bar
0,0 bar	±0,1 bar	0,0 bar
40,0 bar	±0,2 bar	40,1 bar